

Кодсхр

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае" (ФБУ "Приморский ЦСМ")

RA.RU.311500 /ИНН 2536007594 КПП 253601001

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ № С-АЭ/12-04-2023/238067129

Действительно до: 11 апреля 2029 г.

Средство измерений Счетчики турбинные холодной и горячей воды; СТВХ; 50; 32540-11  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 285528996  
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -  
поверено В полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с МИ 1592-2015

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 52183.12.2Р.17028 Установки поверочные автоматизированные разряда 2Р; Приборы  
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

контроля параметров воздушной среды МЭС-200 А № 5187  
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 22 °С, влажность воздуха 51 %, атмосферное  
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

давление 100 кПа

**и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.**

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/238067129>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 238067129

Поверитель Савинцев А. А.  
фамилия, инициалы

Знак поверки: 

Врио начальника отдела  
должность руководителя или  
другого уполномоченного лица

  
подпись



Кауркина Н. А.  
фамилия, инициалы

Дата поверки: 12.04.2023

